

Mediq Romedic BV

[www.mediqromedic.nl](http://www.mediqromedic.nl)**Telefoonnummer**

030 282 17 73

**Faxnummer**

030 282 17 76

**E-mailadres**[info@mediqromedic.nl](mailto:info@mediqromedic.nl)**Onderwerp**

Schoonmaakinstructie van uw vernevelapparaat en vernevelset

**Pagina's**

1 van 2

1201198

Geachte heer/mevrouw,

U heeft van ons een vernevelapparaat met twee vernevelsets ontvangen. De handleiding van het vernevelapparaat vindt u in de verpakking. Neemt u deze voor gebruik goed door. Voor de hygiëne en levensduur van uw apparaat is het belangrijk dat u het apparaat en de vernevelset onderhoudt. In deze brief geven wij u de belangrijkste instructies voor het dagelijkse gebruik.

**Onderhoud vernevelapparaat**

Uw vernevelapparaat is zeer gebruiksvriendelijk. Het heeft in principe geen onderhoud nodig als u de filters periodiek vervangt. De vernevelset dient u vaker te onderhouden. Hieronder beschrijven wij de dagelijkse, wekelijkse en periodieke handelingen voor het onderhoud van de vernevelset.

**Dagelijkse handelingen**

Het is belangrijk dat u de medicijnbeker na iedere vernevelbeurt ontvet.

U kunt hiervoor de volgende stappen volgen:

1. Haal de medicijnbeker na het vernevelen van de luchtslang. Haal het mondstuk of masker van de medicijnbeker.
2. Spoel de medicijnbeker en het mondstuk of masker af onder de kraan. Zo verwijdert u de laatste resten van de medicatie.
3. Maak een sopje van lauwwarm water met een druppel afwasmiddel. Haal de medicijnbeker uit elkaar door de dop los te draaien.
4. Plaats alle losse onderdelen in het lauwwarme sop. Zorg dat het materiaal goed is ondergedompeld en laat dit 10 tot 15 minuten weken. Alleen zo wordt de medicijnbeker goed ontvet.
5. Haal hierna de onderdelen weer uit het sop. Spoel ze af met schoon water en laat ze aan de lucht drogen op een niet pluizende doek.

Daarnaast adviseren wij de medicijnbeker iedere dag te desinfecteren. Dit kan door uitkoken of door middel van onderdompelen in alcohol (70%). Hieronder beschrijven wij stap voor stap deze methodes.

*Desinfecteren door middel van uitkoken*

Belangrijk is dat de medicijnbeker en mondstuk tijdens het uitkoken in elkaar gedraaid zijn. Zo voorkomt u vervorming van de vernevelset door verhitting.

1. Kook de vernevelset gedurende 10 minuten uit in ruim water met een scheut afwasmiddel.

2. Haal na 10 minuten alle onderdelen uit het water en spoel af met lauwwarm schoon water. Schud tot slot alle onderdelen uit en laat ze aan de lucht drogen op een niet pluizende doek.

#### *Desinfectie met desinfecteermiddel*

1. Nadat u de medicijnbeker en mondstuk heeft ontvet volgens de beschreven instructie, legt u deze in een bakje met alcohol (70%).
2. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn ondergedompeld en laat deze minimaal 10 minuten in de alcohol ondergedompeld liggen.
3. Haal hierna alle onderdelen uit het bakje en spoel af met lauwwarm schoon water. Schud tot slot alle onderdelen uit en laat ze aan de lucht drogen op een niet pluizende doek.

Let op: alcohol wordt niet bij alle medische indicaties vergoed door de zorgverzekeraar.

#### *Alcohol vervangen*

Belangrijk is dat u de alcohol in het desinfecteerbakje op een donkere plek bewaard. Na één week dient u de alcohol in het bakje te vervangen. Het bakje zelf hoeft u niet weg te gooien en kunt u opnieuw gebruiken.

#### **Wekelijkse handelingen**

Het is raadzaam het apparaat iedere week even af te nemen met een schone vochtige doek.

#### **Periodieke handelingen**

Het is belangrijk voor de levensduur en hygiëne van uw vernevelapparaat dat u de filters periodiek vervangt. Wij sturen u elk jaar een jaarvoorraad filters. Het filter van uw vernevelapparaat vervangt u vier keer per jaar, dus na drie maanden gebruik. In de gebruikershandleiding van uw apparaat leest u hoe u het filter vervangt.

#### **Incidentele handeling**

Wanneer er condens in de luchtslang komt, blaast u deze droog door het vernevelapparaat aan te zetten, zonder dat de medicijnbeker is aangesloten.

#### **Gebruik reserveset**

U kunt uw reserve medicijnbeker herkennen aan de donkerblauwe dop en drie losse pootjes aan de onderkant. Bewaar de reserveset goed en gebruik deze alleen in geval van nood. De medicijnbeker mag niet worden uitgekookt. Wanneer u de reserve medicijnbeker in gebruik neemt, raden wij u aan om de volgende werkdag gelijk contact met ons op te nemen. Zo komt u nooit zonder medicijnbeker te zitten.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan horen wij dat graag. U kunt ons op werkdagen van 8.15 tot 17.30 uur bereiken via 030 282 17 73 of [info@mediqromedic.nl](mailto:info@mediqromedic.nl).

Met vriendelijke groeten,

Mediq Romedic Klantenservice