

Mediq Romedic BV

www.mediqromedic.nl**Telefoonnummer**

030 282 17 73

Faxnummer

030 282 17 76

E-mailadresinfo@mediqromedic.nl**Onderwerp**

Schoonmaakinstructie van uw vernevelapparaat en vernevelset

Pagina's

1 van 2

1201200

Geachte heer/mevrouw,

U heeft van ons een vernevelapparaat met vernevelset ontvangen. De handleiding van het vernevelapparaat vindt u in de verpakking. Neemt u deze voor gebruik goed door. Voor de hygiëne en levensduur van uw apparaat is het belangrijk dat u het apparaat en de vernevelset onderhoudt. In deze brief geven wij u de belangrijkste instructies voor het dagelijkse gebruik.

Gebruik SideStream Plus medicijnjet

De medicijnjet die u heeft ontvangen, de SideStream Plus, mag u alleen gebruiken voor het vernevelen van de antibiotica. Als u naast de antibiotica nog een andere vernevelmedicatie vernevelt, dient u hier een aparte medicijnbeker voor te gebruiken.

Giet de medicatie langs de zijkant van de SideStream Plus in de medicijnjet. Om het u makkelijk te maken, vindt u in het vernevelapparaat een uitsparing waar u de medicijnjet in kunt plaatsen. Zo voorkomt u dat deze omvalt bij het vullen van de medicatie. Wanneer u de medicijnjet heeft gevuld, zet u de SideStream Plus in zijn geheel in elkaar. Dit doet u door de medicijnjet, het filterhuis en het gesloten mondstuk op het T-stuk te bevestigen. Bevestig tot slot de slang aan de onderkant van de SideStream Plus en u bent klaar om te vernevelen.

Onderhoud vernevelapparaat

Uw vernevelapparaat is zeer gebruiksvriendelijk. Het heeft in principe geen onderhoud nodig als u de filters periodiek vervangt. De vernevelset dient u vaker te onderhouden. Hieronder beschrijven wij de dagelijkse, wekelijkse en periodieke handelingen voor het onderhoud van de vernevelset.

Dagelijkse handelingen

Het is belangrijk dat u de medicijnjet na iedere vernevelbeurt ontvet. U kunt hiervoor de volgende stappen volgen:

1. Haal de medicijnjet na het vernevelen van de luchtslang en haal het gesloten mondstuk, filterhuis en T-stuk los van elkaar.
2. Haal vervolgens de filterpad uit het filterhuis en gooi de filterpad weg.
3. Spoel de medicijnjet, het filterhuis, T-stuk en het mondstuk af onder de kraan. Zo verwijdert u de laatste resten van de medicatie.

4. Maak een sopje van lauwwarm water met een scheutje afwasmiddel. Haal de medicijnjet uit elkaar door de dop los te draaien.
5. Plaats alle losse onderdelen in het lauwwarme sop. Zorg dat het materiaal goed is ondergedompeld en laat dit 10 tot 15 minuten weken. Alleen zo wordt de medicijnjet goed ontvet.
6. Haal hierna de onderdelen weer uit het sop. Spoel ze af met schoon water en laat ze aan de lucht drogen op een niet pluizende doek.
7. Wanneer de onderdelen weer droog zijn, plaatst u tot slot een nieuwe filterpad in het filterhuis.

Naast het ontvetten van de medicijnjet dient u deze iedere dag te desinfecteren. Dit kan door middel van onderdompelen in alcohol (70%). Hieronder beschrijven wij stap voor stap deze methode.

Desinfectie met desinfecteermiddel

1. Nadat u de medicijnbeker en mondstuk heeft ontvet volgens de beschreven instructie, legt u deze in een bakje met alcohol (70%).
2. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn ondergedompeld en laat deze minimaal 10 minuten in de alcohol ondergedompeld liggen.
3. Haal hierna alle onderdelen uit het bakje en spoel af met lauwwarm schoon water. Schud tot slot alle onderdelen uit en laat ze aan de lucht drogen op een niet pluizende doek.

Let u er op dat u de alcohol in het desinfecteerbakje op een donkere plek bewaard. Na één week dient u de alcohol in het bakje te vervangen. Het bakje zelf hoeft u niet weg te gooien en kunt u opnieuw gebruiken.

Wekelijkse handelingen

Het is raadzaam het apparaat iedere week even af te nemen met een schone vochtige doek.

Periodieke handelingen

Het is belangrijk voor de levensduur en hygiëne van uw vernevelapparaat dat u de filters periodiek vervangt. Wij sturen u elk jaar een jaarvoorraad filters. Het filter van uw vernevelapparaat vervangt u vier keer per jaar, dus na drie maanden gebruik. In de gebruikershandleiding van uw apparaat leest u hoe u het filter vervangt.

Incidentele handeling

Wanneer er condens in de luchtslang komt, blaast u deze droog door het vernevelapparaat aan te zetten, zonder dat de medicijnbeker is aangesloten.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan horen wij dat graag. U kunt ons op werkdagen van 8.15 tot 17.15 uur bereiken via 030 282 17 73 of info@mediqromedic.nl.

Met vriendelijke groeten,

Mediq Romedic Klantenservice